



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ", Место нахождения: 195220, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ОБРУЧЕВЫХ, ДОМ 1, ЛИТЕР Б ПОМ1Н, КОМНАТА 84, Адрес места осуществления деятельности: 195220, РОССИЯ, Ленинград г, ул. Обручевых, дом 1 литер Б, ОГРН: 1089847242209, Номер телефона: +7 8123350336, Адрес электронной почты: lumex@lumex.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛИМОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА

заявляет, что Оборудование лабораторное, не медицинского назначения, напряжение питания 220 В; АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ ТИПА «ФЛЮОРАТ-02»; МОДЕЛЬ «ФЛЮОРАТ-02-Панорама», торговая марка: «Люмэкс»

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ", Место нахождения: 195220, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА ОБРУЧЕВЫХ, ДОМ 1, ЛИТЕР Б ПОМ1Н, КОМНАТА 84,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: «АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ ТИПА «ФЛЮОРАТ-02», номер: ТУ 4215-001-45549798-2008

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9027200000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 06178-РПП/ЦМ/2019 выдан 26.12.2019 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ; Общества с ограниченной ответственностью «ЦСМК»; 142611, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Горького, дом 19; ИНН/КПП 5034007211/503401001, ОГРН 1025004583450; E-mail: csmk-test@yandex.ru Телефон: +7 (905) 300-48-31; Аттестат аккредитации № РОСС.RU.31801.RU.ИЦ012 от 12.03.2019"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 61010-1-2014, Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.2-2013, Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний, разделы 5 и 7; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.3.3-2013, Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний, раздел 5; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-89. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.12.2024 включительно



М.П.

КЛИМОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.AB49.B.02538/19

Дата регистрации декларации о соответствии:

30.12.2019