

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ**

об утверждении типа средств измерений  
№ 81851-21

Срок действия утверждения типа до **28 мая 2031 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Анализаторы ртути лабораторные РА-915Лаб**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "Люмэкс-маркетинг"**  
**(ООО "Люмэкс-маркетинг"), г. Санкт-Петербург;**  
**Общество с ограниченной ответственностью «Люмэкс» (ООО «Люмэкс»),**  
**г. Санкт-Петербург**

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью "Люмэкс-маркетинг"**  
**(ООО "Люмэкс-маркетинг"), г. Санкт-Петербург**

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
**ОС**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**МП-243-0007-2020**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии **от 2 апреля 2026 г. N 637.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3  
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович  
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«02» апреля 2026 г.